

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 251/2024 ze dne: 30. 5. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Univerzita Palackého v Olomouci
objekt číslo 1308, Laboratoř buněčných kultur Lékařské fakulty
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) jsou uvedeny v části „Upřesnění rozsahu akreditace“.

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Zkouška cytotoxicity <i>in vitro</i> - Test přímého kontaktu	SOP 1 (ČSN EN ISO 10993-5, čl. 1-3, 4.1, 4.3, 4.4, 5-7, 8, 8.3, 9,10; ČSN EN ISO 10993-12; ČSN EN ISO 7405, čl. 6.2.7, 6.2.8)	Nerozpustné pevné vzorky s alespoň jedním plochým povrchem	-
2	Zkouška cytotoxicity <i>in vitro</i> - Test extraktu	SOP 2 (ČSN EN ISO 10993-5, čl. 1-3, 4.1, 4.2, 4.4, 5-7, 8, 8.2.1-8.2.8, 8.5, 9, 10; ČSN EN ISO 10993-12)	Nerozpustné pevné vzorky	-
3	Zkouška cytotoxicity <i>in vitro</i> - Test rozpustných vzorků	SOP 3 (ČSN EN ISO 10993-5, čl. 1-3, 4.3.3, 4.4, 5-7, 8, 8.2.1-8.2.8, 8.5, 9, 10; ČSN EN ISO 10993-12)	Rozpustné pevné vzorky, kapalné vzorky	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou,

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

Pořadové číslo zkoušky	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení)
1 - 3	Vzorky jsou zdravotnické prostředky definované ČSN EN ISO 10993-1:2021

Vysvětlivky:

SOP – standardní operační postup