

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 445/2024 ze dne: 30. 8. 2024**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

**PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.**  
objekt číslo 1731, Zkušební laboratoř  
9. května 1182, 688 01 Uherský Brod

**Zkoušky:**

Pořadové číslo <sup>1</sup>	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody <sup>2</sup>	Předmět zkoušky	Stupně volnosti <sup>3</sup>
1*	Měření tvaru, rozměrů a délk na SMS podle CAD modelů, výkresové dokumentace nebo vzorku	ZP-PB-01 (ČSN EN ISO 5459; ČSN EN ISO 1101; ČSN EN ISO 286-1)	Průmyslové vzorky a výrobky	-
2	Měření vnějších i vnitřních rozměrů 3D pomocí výpočetní tomografie (CT)	ZP-PB-02 (ČSN EN ISO 5459; ČSN EN ISO 1101; ČSN EN ISO 286-1)	Průmyslové vzorky a výrobky	-
3	Měření struktury/drsnosti povrchu profilovou metodou	ZP-PB-03 (ČSN EN ISO 21920-3)	Průmyslové vzorky a výrobky	-
4	Měření délkových rozměrů délkoměrem	ZP-PB-04 (MPM 1.1.2./02/17)	Průmyslové vzorky a výrobky	-
5*	Měření délkových rozměrů komunálními měřidly	ZP-PB-05 (MPM 1.1.1./01/17; MPM 1.1.2./01/16; MPM 1.2.2./01/18)	Průmyslové vzorky a výrobky	-
6*	Měření tvaru, rozměrů a délk pomocí 3D scannerů	ZP-PB-06 (ČSN EN ISO 5459; ČSN EN ISO 1101; ČSN EN ISO 286-1)	Vzorky a výrobky	-

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

<sup>3</sup> laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vysvětlivky:

ZP - zkušební postup

PB - PRIMA BILAVČÍK

SMS – souřadnicové měřicí stroje 2D a 3D

MPM – metodika provozního měření vydaná Českou metrologickou společností