

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
objekt číslo 2303, Kalibrační laboratoř VZLÚ
Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha 9

CMC pro obor měřené veličiny: Síla

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn. max jedn.					
1*	Tenzometrické siloměry	0,1 kN	až 500 kN	tah, tlak	0,05 %	Měření pomocí snímače síly	PP-SVŘ-034 (ČSN EN ISO 376)	
2*	Stroje pro mechanické zkoušky materiálu	0,1 kN	až 500 kN	tah, tlak	0,05 %	Měření pomocí snímače síly	PP-SVŘ-029 (ČSN EN ISO 7500-1)	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02:M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Vysvětlivky:

PP-SVŘ-xxx - interní postup zpracovaný Kalibrační laboratoří VZLÚ