



**ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI**  
obecně prospěšná společnost

„Accredo – Dávám důvěru“

**Stanovisko ČIA k dotazu na akreditaci dle ČSN P CEN/TS  
15675:2009 pro zkušební laboratoř provádějící chemické analýzy  
formou subdodávky pro emisní laboratoř akreditovanou  
podle uvedeného předpisu.**

CEN/TS 15675 je návod, který poskytuje interpretaci ISO/IEC 17025 pro specifické podmínky měření emisí ze stacionárních zdrojů. Podle CEN/TS 15675 uvedená měření představují odběr vzorků na stanovišti a analýzu v laboratoři jako odlišné činnosti, které mohou provádět různé skupiny, které nemusí patřit ke stejné laboratoři a pak musí být jasně definovány požadavky na spolupráci těchto skupin. Vždy musí být buď vzorkovací skupina nebo analytická skupina určena jako hlavní dodavatel a druhá skupina jako subdodavatel. Hlavní dodavatel je pak posuzován podle CEN/TS 15675.

Pokud je hlavním dodavatelem odběrová skupina, pak analytická laboratoř provádějící chemické analýzy formou subdodávky pro emisní laboratoře musí být akreditována podle požadavků normy EN ISO/IEC 17025 a rozsah akreditace musí pokrývat požadované analýzy v požadovaných maticích.

Zkušební (analytická) laboratoř, provádějící chemickou analýzu formou subdodávky, musí být schopna zabezpečit požadovanou přesnost měření a prokázat spolupráci s emisní laboratoři na validaci a aktualizaci metod pro měření emisí a musí doložit odbornou způsobilost při přezkoumávání požadavků emisní laboratoře. Tyto požadavky jsou akreditačním orgánem posuzovány při posuzování emisní laboratoře podle požadavků CEN/TS 15675.

Pokud by hlavním dodavatelem byla analytická laboratoř, pak tato bude posouzena podle CEN/TS 15675 a subdodavatelem bude odběrová skupina akreditovaná pro odběry emisí.

Situace v ČR je taková, že emisní laboratoře provádějící odběry jsou hlavním dodavatelem zodpovědným za celé měření a vydávajícím protokoly o měření, jsou posuzovány dle ČSN ISO/IEC 17025 a ČSN P CEN/TS 15675. V souladu s doporučením EA LC z března 2009 je odkaz na takové posouzení uváděn na příloze osvědčení o akreditaci.

Český institut pro akreditaci pak provádí akreditaci zkušebních laboratoř provádějící pro emisní laboratoře chemické analýzy formou subdodávky pouze podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

1.2.2012